No. R20－0406

放射能測定結果報告書

令和２年７月27日

公益財団法人高崎財団　理事長　様

環境計量証明事業登録
群馬県知事　環第７号
株式会社　群馬分析センター
高崎市下大島町625番地
TEL(027)395－0606
測定責任者　　関根　友規

御依頼の測定結果を下記のとおり報告致します。

記

試料名	プール水
採取場所	浜川屋外プール
採取日時	令和　２年　７月　21日　10:40
採取者	㈱群馬分析センター　佐藤
試料検査日	令和　２年　７月　22日
測定方法	緊急時における食品の放射能測定マニュアル （平成14年3月、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課）
測定機器	ゲルマニウム半導体検出器（キャンベラ社製 GC2018）

項目		測定結果	検出下限値	単位
放射性ヨウ素	I－131	不検出	10	Bq／L
放射性セシウム	Cs－134	不検出	10	
	Cs－137	不検出	10	
	合計	不検出	―	

備考　・測定結果は試料検査日の値である。
・不検出とは検出下限値未満のことである。